Bakeout Logsheet

Component/Part Description Chamber 46

Serial # 46 **Barcode #** _____

Location: BLDG.382 **Technician(s)** K. Kuoerzer R. Otto.

Date and Time	Temp Degrees C	CC Ga. Pressure Turbo end	CC Ga. Pressure Far end	Notes and Comments
1/26/08 0840	20°c	3.2×10^{-6}	5.9×10^{-4}	Raise temps to 60°c.
0920	60°c	1.4×10^{-5}	8.9×10^{-4}	Raise temps to 80°c
1045	80°c	1.0×10^{-5}	2.2×10^{-4}	Raise temps to 100°c
1125	100°c	2.3×10^{-5}	1.2×10^{-3}	Raise temps to 125°c
1230	125°c	3.4×10^{-6}	1.6×10^{-4}	Raise Temps to 150°c
1415	150°c	1.3×10^{-6}	2.8×10^{-5}	MAP TEMP.
1/28/08 0830	150°c	5.4×10^{-7}	3.0×10^{-5}	—
1045	150°c	5.2×10^{-7}	2.7×10^{-5}	Turn temps to 125°c
1230	125°c	2.9×10^{-7}	1.9×10^{-5}	Turn temps to 100°c
1330	100°c	1.4×10^{-7}	1.0×10^{-5}	Turn temps to 75°c / Burp Ion pumps
1430	75°c	6.1×10^{-8}	3.5×10^{-6}	Turn temps to 50°c / Burp Ion pumps.
1500	50°c	2.9×10^{-8}	2.6×10^{-6}	Turn temps off + Degas RGA. Start Ion pumps.
1620	28°c	1.0×10^{-8}	3.8×10^{-8}	Isolated from Leak checker -
1/29/08 0720	22°c	6.7×10^{-9}	1.6×10^{-8}	—
0840	22°c	6.7×10^{-9}	1.6×10^{-8}	Take scans + Leak check with RGA (No leaks)

Page___of___